

**Beratungsbogen/Dokumentation**  
**für die Durchführung der pharmazeutischen Dienstleistung**  
„Erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung  
mit Üben der Inhalationstechnik“ für ein Dosieraerosol  
nach Vorlage einer gültigen Verordnung

-----  
Ort, Datum

-----  
Patient

**Inhaltsstoffe:**

- Luforbec® 100 µg/6 µg:** Beclometason 100 µg + Formoterol 6 µg
- Luforbec® 200 µg/6 µg:** Beclometason 200 µg + Formoterol 6 µg



**Aufforderung des Patienten, die Arzneimittelinhalation wie gewohnt durchzuführen, Beobachtungen notieren und anschließend mit dem Patienten besprechen.**

	Beobachtung	Beratungsbedarf
<b>Zustand des Dosieraerosols (Inhalationsgerät):</b>		
• Technisch funktionsfähig		
• Ausreichend sauber		
<b>Vorbereitung der Inhalation:</b>		
• Schutzkappe auf dem Mundstück durch leichtes Zusammendrücken auf der Seite und Abziehen nach vorne entfernen.		
• Den Inhalator einschließlich des Mundrohres innen und außen auf das Vorhandensein von Schmutz und Staub sowie von anderen Fremdkörpern überprüfen.		
<b>Inhalieren:</b>		
• Die Inhalation sollte im Sitzen oder Stehen erfolgen.		
• Inhalator zwischen Fingern und Daumen mit dem Daumen unter dem Mundstück unabhängig von der eigenen Körperposition senkrecht mit dem Behälterboden nach oben halten.		
• So langsam und tief wie möglich ausatmen.		
• Das Mundrohr mit den Lippen fest umschließen (nicht darauf beißen).		
• Sofort nachdem der Patient beginnt, durch den Mund einzusatmen, soll der Wirkstoffbehälter fest nach unten gedrückt werden, um das Arzneimittel freizusetzen, während der Patient gleichzeitig weiterhin gleichmäßig und tief einatmet.		
• Der Patient sollte den Atem so lange wie möglich anhalten, anschließend den Inhalator aus dem Mund nehmen und langsam ausatmen. Er sollte nicht in den Inhalator hinein ausatmen.		
• Vor einer zweiten Inhalation (je nach Dosierungsvorgabe) eine halbe Minute den Inhalator aufrecht halten.		
• Nach der Inhalation Schutzkappe auf das Mundstück setzen.		

	Beobachtung	Beratungsbedarf
<b>Zählerstand:</b>		
Weiß der Patient, dass das Zählwerk in 20er-Schritten zählt und bei „20“ die Farbe der Anzeige von Weiß zu Weiß/Rot wechselt?		
Bei Zählerstand „20“ sollte zur Weiterversorgung ein Arzt aufgesucht werden.		
<b>Reinigung:</b>		
Wie oft reinigt der Patient den Inhalator? (Empfohlen ist mind. 1-mal/Woche.)		
Das Mundstück und das Mundrohr innen und außen mit einem trockenen Tuch abwischen. KEIN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN!		
<b>Lagerung:</b>		
<b>Einzelpackung mit einem Inhalator mit 120 Einzeldosen</b> Verwenden Sie das Arzneimittel nicht länger als 3 Monate, nachdem Sie es von Ihrem Apotheker erhalten haben. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Nicht über 25 °C lagern.		
<b>Doppelpackung mit zwei Inhalatoren mit je 120 Einzeldosen</b> Vor Gebrauch: Bewahren Sie den nicht in Gebrauch befindlichen Inhalator aufrecht im Kühlschrank (bei 2–8 °C) auf. Nach erstem Gebrauch: Lagern Sie den Inhalator nicht über 25 °C, und nicht für länger als 3 Monate. Nach Ablauf dieses Zeitraums und nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett angegebenen Verfalldatum dürfen Sie dieses Arzneimittel nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.		
<b>Inhalierhilfen:</b>		
Nutzt der Patient eine Inhalationshilfe? (Nur die Inhalationshilfe AeroChamber Plus Flow Vu darf zusammen mit Luforbec® angewendet werden.)		
<b>Sonstiges:</b>		